

EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº. 014/2019

A **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE**, Associação Civil de Direito Privado, mantenedora do Hospital Santa Casa, situada à Rua Eduardo Santos Pereira n. 88 – Centro, na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, torna público, a quem possa interessar que fará realizar a Cotação Prévia de Preço, a ser julgada pelo critério Menor Preço, no âmbito do Convênio nº.852.639/2017 celebrado entre a Santa Casa e o Ministério da Saúde, visando a Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a revitalização, adequação e melhoria no atendimento para a Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional – UCINCo da Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande.

A presente Cotação Prévia de Preço será regida pela Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011 e suas alterações, bem como pelo Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007 e Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016, no que couber, e ficará disponível no SICONV pelo prazo mínimo de 05 (cinco) dias.

Todas as despesas decorrentes da contratação que trata esta Cotação Prévia de Preço estão asseguradas pelo Convênio nº. 852.639/2017, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, e a Associação Beneficente de Campo Grande, cujo valor global é de R\$ 254.550,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil e quinhentos e cinquenta reais).

1. OBJETIVO

1.1. Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a revitalização, adequação e melhoria no atendimento para a Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional – UCINCo da Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande, em conformidade com a descrição e as condições previstas no Anexo III (Especificações Técnicas), além do Plano de Trabalho que é parte integrante deste instrumento público.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1. . A presente contratação visa cumprir a meta do Plano de Trabalho vinculado ao Termo de Referência do Convênio nº. 852.639/2017, celebrado entre o Ministério da Saúde e a Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderá participar deste certame, empresa legalmente estabelecida no País, que atendam às disposições da presente Cotação Prévia e que contemplem em seu objetivo

social atividades que permitam o desenvolvimento dos diversos itens do objeto desta Cotação Prévia.

3.2. É vedada a participação de empresas:

- a) Na forma de consórcio de empresas;
- b) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público;
- c) Sob processo de concordata, falência, recuperação judicial, extrajudicial ou trabalhista;
- d) Impedidas de licitar, contratar, transacionar com a Administração Pública ou qualquer dos seus órgãos descentralizados e a ABCG - Santa Casa;
- e) De colaboradores ou dirigentes da Contratante, ou responsável pelo certame.

4. DA ENTREGA DA PROPOSTA COMERCIAL

4.1. A proposta comercial deverá ser entregue em papel timbrado da empresa, não poderá conter emendas, rasuras ou entrelinhas, deverá estar datada, conter nome ou razão social, endereço completo, telefone, e-mail e deverá estar assinada pelo representante legal da empresa devidamente identificado. Todos os valores da proposta deverão estar expressos em moeda nacional corrente e com validade de sessenta (60) dias.

4.2. **A proposta comercial deverá ser entregue até as 16h00min do dia 08 de maio de 2019 no Setor de Convênios e Projetos** da Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande, situado no Prédio de Apoio Administrativo da Rua Rui Barbosa, ao lado do Pronto Socorro – Centro na cidade de Campo Grande – Mato Grosso do Sul, **ou ainda no e-mail projetos@santacasacg.org.br até às 23h:59min do mesmo dia.**

4.3. A proposta comercial deverá ser entregue juntamente com as seguintes documentações:

a. Carta de apresentação da proposta técnico-comercial (modelo - Anexo II) contendo: prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias; descrição do objeto; preço unitário e total de cada item estipulados em moeda nacional; prazo de garantia igual ou superior ao previsto nas Especificações Técnicas (Anexo III); e declaração de que nos preços estão inclusos todos os impostos, taxas, seguros, despesas com transportes e quaisquer outros encargos diretos e/ou indiretos relacionados à aquisição e treinamento.

b. Prospectos e/ou manuais descritivos dos equipamentos com suas características técnicas e funcionais na língua portuguesa.

c) Certificado de Registro ou Cadastro do equipamento ofertado;

c.1) Caso o item oferecido seja isento de registro ou cadastro, deverá comprovar a sua isenção através de documentação expedida pela ANVISA;

d) Declaração de Habilitação (Anexo I).

e) Declaração da empresa participante, anuindo com a assistência técnica e o período de garantia, em atenção ao disposto neste edital.

5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

5.1. A Comissão Especial de Julgamento providenciará, em tempo hábil, a análise das propostas técnico-comerciais e, se for o caso, fará diligências junto ao fornecedor ou fabricante para buscar esclarecimentos necessários.

5.2. Será escolhida a proposta que apresentar o menor preço, desde que o referido item obtenha as qualidades técnicas iguais ou superiores aos parâmetros técnicos definidos no Termo de Referência, além dos aspectos funcionais/assistenciais satisfatórios na linha de cuidado dos pacientes desta instituição, validada por parecer elaborado por técnicos que compõe a Comissão Especial de Julgamento.

5.2.1. O Parecer Técnico emitido pelos integrantes da Comissão Especial de Julgamento será assinado por pelo menos um técnico especializado da ABCG – Santa Casa.

5.3. Havendo empate entre duas ou mais propostas, os fornecedores serão convidados a ofertarem desconto, e não havendo consenso, será realizado sorteio.

5.4. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Cotação Prévia de Preço, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais empresas participantes.

5.5. Nas propostas, será verificado se o valor unitário do bem ultrapassou o valor aprovado previsto no Termo de Referência e, se for esse o caso, a Comissão Especial de Julgamento solicitará às empresas participantes vencedoras a concessão de descontos para o fim de adequar a proposta ao valor de reserva, sem o qual a Comissão Especial de Julgamento não poderá deferir a vantagem no processo de aquisição, nesse caso, poderá selecionar outra proposta quanto aos itens não adjudicados.

5.6. O resultado da avaliação das propostas constará por meio de parecer que será dirigido a todas as demais empresas via e-mail.

5.7. Serão desclassificadas as propostas que:

I) Não atenderem às exigências contidas no Item 4 (Entrega da Proposta Comercial) desta Cotação e de seu Anexo III (Especificações técnicas);

II) Oferecer vantagens ou alternativas não previstas, de interpretação dúbia ou rasuras ou, ainda, que contrariem, no todo ou em parte, a presente Cotação Prévia de Preço.

5.8. Do resultado do julgamento caberá recurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da ciência do resultado, sob pena de preclusão.

5.9. O participante declarado vencedor tem o prazo de 03 (três) dias úteis, após a solicitação do Presidente da Comissão Especial de Julgamento, para encaminhar os demais documentos necessários à comprovação jurídica, fiscal, econômico-financeira e de qualificação técnica que estão descritos no tópico 6 deste edital.

6. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO

6.1. Após a solicitação do Presidente da Comissão Especial de Julgamento, o fornecedor declarado vencedor deverá apresentar para fins de habilitação jurídica e fiscal as seguintes documentações:

6.1.1. Para fins de comprovar a habilitação jurídica o fornecedor está obrigado a apresentar os seguintes documentos.

I) Para as empresas em geral: Ato constitutivo (estatuto ou contrato social) com as alterações vigentes, com o devido registro no órgão competente (Junta Comercial, Cartório Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou Cartório de Registro de Títulos e Documentos);

II) Para as sociedades por ações: Prova da eleição dos administradores ou diretoria em exercício;

III) Para empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Brasil: decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

IV) Procuração com o fim específico para representação neste processo.

6.1.2. Para fins de comprovar a regularidade junto ao fisco o fornecedor está obrigado a apresentar os seguintes documentos.

I) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

II) Prova de regularidade para com as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal;

III) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);

IV) Comprovação de que a empresa não está inscrita no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS. O a referida comprovação poderá ser obtida por intermédio do link: <http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis>

6.1.3. Para fins de comprovar a qualificação técnica o fornecedor está obrigado a apresentar no mínimo três atestados de fornecimento de equipamentos e/ou materiais para entidades públicas ou privadas, similares aos ora ofertados, emitidos pelos respectivos contratantes.

6.2. Serão aceitos documentos originais ou cópias autenticadas (com autenticidade em cartório ou autenticidade digital).

6.3. Todos os documentos deverão ser entregues no **Setor de Projetos** da Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande, situado no Prédio de Apoio Administrativo da Rua Rui Barbosa, ao lado do Pronto Socorro – Centro na cidade de Campo Grande – Mato Grosso do Sul **ou ainda no e-mail projetos@santacasacg.org.br**.

6.4. Os documentos solicitados deverão estar no prazo de validade neles previstos que, uma vez não mencionado, será considerado como sendo até 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão, à exceção do (s) atestado (s) de capacidade técnica que não serão objeto de aferição quanto a esse aspecto.

6.5. Havendo algum documento impugnado pela Comissão Especial de Julgamento, ou omissão, esta comunicará o fato ao interessado, através de e-mail, que deverá providenciar sua substituição até 48 (quarenta e oito) horas, por sua conta e risco, sob pena de preclusão de sua participação no certame, a critério da Comissão Especial de Julgamento.

7. PRAZO PARA FORNECIMENTO

7.1. O prazo estimado para fornecimento dos equipamentos propostos é de 30 (trinta) dias, contados da formalização do pedido. A entrega será em uma única parcela.

7.2. Eventual ocorrência de caso fortuito ou força maior, que venha prejudicar a entrega no prazo, deverá ser informada pelo fornecedor para conhecimento da Santa Casa de Campo Grande, visando compensação e aditamento de prazo sem penalização.

7.3. Considerando que a execução de convênios é regida pela Portaria Interministerial 424/2016, de 30 de dezembro de 2016, informamos sobre a nova conduta do órgão concedente (Ministério da Saúde) no que se refere ao Art. 41, alínea b, parágrafo 2º, mediante orientação de que **“a liberação de recursos deverá ocorrer...”** por meio de **“conclusão da análise técnica e aceite do processo licitatório pelo concedente... após a comprovação da homologação do processo licitatório pelo conveniente”**. Portanto, informamos que todos os atos administrativos vinculados ao processo de execução, até a sua homologação, deverão ser apensados no Portal de Convênios do Governo Federal - SICONV, cujo órgão concedente (Ministério da Saúde) fará análise de todo o processo de execução e posterior liberação do respectivo recurso homologado para a entidade conveniente (ABCG-Santa Casa).

8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias, em uma única parcela, contados do aceite definitivo.

8.2. Eventual rejeição dos produtos, por estarem fora das especificações técnicas exigidas ou outro fato desabonador, devidamente justificado, implicará na imediata suspensão do pagamento até que sejam adequados ao efetivamente proposto.

8.3. Na emissão da Nota Fiscal, no rodapé da mesma, informar o número do convênio e os dados bancários da empresa ou boleto bancário para a realização do pagamento.

8.4. Para conhecimento de todos os proponentes, **pagamento antecipado com recurso público não é permitido perante a legislação**, nos termos do art. 38 do Decreto 93.872/86, c/c os Art. 62 e 63 da Lei 4.320/64 e art. 65, II, "c", da Lei 8.666/93.

9. DAS PENALIDADES

9.1. Caso o fornecedor não atenda os prazos fixados na Ordem de Compra, garantida prévia e fundamentada justificativa, será considerada inadimplente e estará sujeita às seguintes penalidades:

- a) impedimento de participar de futuras negociações com a ABCG - Santa Casa;
- a) multa de 0,5% (meio por cento) do valor da Ordem de Compra, por dia de atraso;
- b) responder judicialmente por perdas e danos ocasionados direta ou indiretamente à ABCG - Santa Casa e/ou terceiros, os quais serão apurados em competente processo, levando em conta as circunstâncias que tenham contribuído para a ocorrência do fato.

9.2. Sem prejuízo das penalidades anteriormente previstas, a Comissão Especial de Julgamento poderá desclassificar qualquer proposta comercial, sem direito indenizatório ou de reembolso, caso tome conhecimento de fato ou circunstância que desabone a idoneidade comercial ou afete a capacidade técnica ou jurídica da mesma.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Integram o presente Edital de Cotação Prévia os seguintes anexos:

- ANEXO I – Declaração de Habilitação;
- ANEXO II - Carta de Apresentação da Proposta Técnico-Comercial;
- ANEXO III - Especificações Técnicas;

10.2. A ABCG - Santa Casa reserva a si o direito de revogar a presente Cotação Prévia por razões de seu interesse devidamente justificadas, ou anulá-la, no todo ou em parte, por vício ou ilegalidade, bem como prorrogar o prazo de sua vigência, sem que isto gere direito à indenização ou ressarcimento de qualquer natureza.

10.3. É facultada à Comissão Especial de Julgamento, em qualquer fase da cotação, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

10.4. Quaisquer informações, dúvidas ou esclarecimentos em relação a esta Cotação Prévia de Preço e seus Anexos, poderão ser obtidos mediante requerimento por escrito enviado para o e-mail projetos@santacasacg.org.br, aos cuidados da COMISSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO, até o 3º dia útil anterior ao prazo de envio das propostas comerciais, sendo que toda informação relevante prestada passará a integrar o processo de cotação prévia.


10.5. Os pareceres técnicos e de resultado da presente cotação serão disponibilizadas por e-mail. Serão disponibilizadas fotocópias ou cópias impressas aos representantes das empresas que as solicitarem.

10.6. Na hipótese de não conclusão do processo de cotação prévia dentro do prazo de validade da proposta, deverá a empresa participante, independente de comunicação formal da Comissão Especial de Julgamento, revalidá-la, por mais sessenta (60) dias, sob pena de ser declarada desistente do certame a critério da comissão.


10.7. As intimações/notificações poderão ser feitas através de e-mail ou correspondência registrada, nos endereços informados pelas empresas e passarão a integrar o processo.

Campo Grande – MS, 01 de abril de 2019.

Comissão Especial de Julgamento



Daynelle Pessoa da Silva
Diretoria de Planejamento
Santa Casa - ABCG



Ricardo Fernandes Maciel
Chefe do Setor de Projetos
Diretoria de Planejamento
ABCG - Santa Casa



Rafael Dias
Eng. de Controle e Automação
CREA 1014824885D-GO

ANEXO I

(Modelo em papel timbrado da empresa participante)

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

À
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE
A/C COMISSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO
Ref.: COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO N.º 014/2019.

Prezados Senhores:

(/Nome da Empresa) _____, CNPJ n.º _____, sediada _____
(endereço completo) _____, por seu representante abaixo assinado,
declara, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
exigida no Edital da **Cotação Prévia de Preço n.º 014/2019** e manifesta plena
concordância com as condições constantes nesta Cotação e respectivos Anexos.

Declaramos não possuir em nosso quadro de pessoal empregado menores de 18
(dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de menores de 16
(dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos.

Por fim, declaramos estar ciente de que, havendo algum documento impugnado por
V.Sas., teremos até 48 (quarenta e oito) horas para substituí-lo, sob pena de preclusão
da nossa participação na Cotação.

Termos em que pede deferimento.
Local e data

Empresa (identificação)

Assinatura do representante legal (indicar nome e cargo)

OBSERVAÇÃO:

Este documento deverá ser encaminhado juntamente com a PROPOSTA TÉCNICO-COMERCIAL.

ANEXO II

(Modelo em papel timbrado da empresa participante)

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICO-COMERCIAL

Local e data

À
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE
A/C: COMISSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO

Ref.: COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO nº 014/2019.

Prezados Senhores:

Em cumprimento ao disposto na Cotação Prévia de Preço supramencionado, encaminhamos para apreciação de V.Sas. nossa proposta técnico-comercial para fornecimento dos equipamentos, declarando:

- 1.º) Que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura do processo;
- 2.º) Que nos preços ofertados já estão inclusos todos os impostos, taxas, seguros, despesas com transportes e demais encargos direta ou indiretamente incidentes sobre os bens propostos;
- 3.º) Veracidade na descrição, marca e modelo do equipamento/material, quantidade, preço unitário e total de cada item proposto;
- 4.º) Que o prazo máximo previsto para a entrega do bem descrito em cada item não será superior a 30 (trinta) dias, e caso haja necessidade será fundamentado a necessidade de prazo superior a este;
- 5.º) Garantia total para equipamentos: peças, mão-de-obra, deslocamento, instalação, com duração mínima de 12 (doze) meses, contados da data da qualificação e validação técnica dos bens.

Atenciosamente,

Empresa (identificação)
Assinatura do representante legal (indicar nome e cargo)

OBSERVAÇÃO:

No envelope PROPOSTA TÉCNICO-COMERCIAL, além da declaração supra, deverão ser juntados os Prospectos e/ou Manuais descritivos dos equipamentos e Declaração do proponente, anuindo com a assistência técnica e o período de garantia dos equipamentos.

ANEXO III

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

1. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Toda a documentação técnica relativa aos bens fornecidos deverá estar disponível no momento da entrega dos produtos, devendo ser fornecida obrigatoriamente no idioma português.

2. ASSISTÊNCIA TÉCNICA - ATENDIMENTO EXIGIDO

Durante o prazo de garantia, será prestada no ambiente da entidade adquirente por funcionários especializados, com prazo máximo de 08 (oito) horas para atendimento (retorno da chamada) e 24 (vinte e quatro) horas para solução dos problemas técnicos, incluindo troca de peças, depois de recebida a chamada ou tomado conhecimento do problema existente.

3. GARANTIA

Garantia total para equipamentos: peças, mão-de-obra, deslocamento, instalação, com **duração mínima de 12 (doze) meses**, contados da data da qualificação e validação técnica dos bens.

Todos os equipamentos listados deverão ser novos, sendo vedado o fornecimento de equipamentos usados ou reconicionados.

4. RETIRADA DO EQUIPAMENTO PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO

Se o equipamento for retirado para conserto e/ou manutenção durante o prazo de garantia, para não haver prejuízo no atendimento aos pacientes, a empresa participante deverá substituí-lo por um idêntico em até 48 (quarenta e oito) horas, havendo a devolução do mesmo, após retorno do equipamento retirado em perfeito funcionamento.

O fornecedor deverá garantir suporte técnico e fornecimento de peças para o equipamento pelo prazo de 05 (cinco) anos após o aceite definitivo.

5. ACEITE DEFINITIVO

Após a realização da instalação, testes e treinamentos haverá a emissão de certificado de aceite definitivo atestando que os equipamentos foram entregues em conformidade com as especificações técnicas, devidamente instalados, testados e com treinamento realizado de maneira satisfatória.


6. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

ITEM	NOME E ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO.	UN	QTD	VALOR DE RESERVA UNIT	VALOR DE RESERVA TOTAL
01	BALDE A PEDAL MATERIAL E CONFECCÃO/ CAPACIDADE: POLIPROPILENO/ DE 30L ATÉ 49L.	UN	10	120,00	1.200,00
02	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA E PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUI 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.1333 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SITE WWW.FORMFACTORS.PRG, ORGANIZO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 1 (UM) SLOT PCI EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 PU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD, ROM; TECLADO USB, ABNT, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO), MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN76:9); INTER FACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATIL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM: GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETES, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÃO NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.	UN	04	3.400,00	13.600,00
03	GELADEIRA/REFRIGERADOR	UN	01	1.450,00	1.450,00

	CAPACIDADE: DE 250 A 299L				
04	<p>FOCO CURURGICO DE SOLO MOVEL FOCO CIRURGICO MÓVEL COM LUZ LED E COM NO MÍNIMO 80.000 LUX; MONTADO EM HASTE ANGULADA COM SUSPENSÃO GIRATÓRIA E ROTAÇÃO DOS BRAÇOS; SISTEMA DE AUTO BALANCEAMENTO SEM A NECESSIDADE DE CONTRA PESO; DIMENSÃO MÁXIMA DE CADA CÚPULA: 350MM; PESO DA CÚPULA INFERIOR A 6 KG; REVESTIMENTO EM SUPERFÍCIE LISA; RESISTENTE A CORROSÃO; DEVE CONDUZIR A LUZ AO CAMPO CIRÚRGICO POR SISTEMA DE REFLEXÃO EM ESPELHO MULTIFACETADO COM FILTRO PARA INFRAVERMELHO; PROTEÇÃO DO REFLETOR MULTIFACETADO COM LENTE DE ACRÍLICO; DIÂMETRO MÍNIMO DO CAMPO DE LUZ À 01 METRO DISTÂNCIA: 18 CM, ÍNDICE DE RENDERIZAÇÃO DE COR (RA) DE 85 OU MAIOR; IRRADIAÇÃO (EE): MÁXIMO DE 320 W.M -2; CAPACIDADE LUMINOSA: MÍNIMO DE 250 LM/W; MANOPLAS DE PLÁSTICO REMOVÍVEIS E ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE; PROFUNDIDADE MÍNIMA DE ILUMINAÇÃO 60 CM, TEMPERATURA DE COR DE 4.300 À 4.600 KELVIN PARA A PERCEPÇÃO NATURAL DE CORES; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 110 - 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO; FREQUÊNCIA DE 50 - 60 HZ; BATERIA DE NO MÍNIMO 3 HORAS EM FUNCIONAMENTO; POSSUIR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA;</p>	UN	01	22.000,00	22.000,00
05	<p>CARDIOVERSOR DEFIBRILADOR CARDIOVERSOR COM MONITORIZAÇÃO DE ECG E DEA; PROVER DEFIBRILAÇÃO/ CARDIOVERSÃO A PACIENTES ACOMETIDOS DE TAQUICARDIAS E BRADIACARDIAS; ALÉM DE MONITORIZAÇÃO DE PACIENTES EM TRANSPORTE E INTERNADOS; UTILIZAÇÃO EM LOCAIS PÚBLICOS POR PESSOAS SEM CONHECIMENTOS MÉDICOS; TELA EM LCD OU LED, NO MÍNIMO 5 (CINCO) POLEGADAS; CONTROLE DE VELOCIDADE PARA O TRAÇADO DE CURVA NO MÍNIMO EM 25 MM/S; CIRCUITO DE AMPLIFICAÇÃO DO MONITOR DEVE SER PROTEGIDO CONTRA DANOS CAUSADOS PELA DESCARGA DO DEFIBRILADOR; APRESENTAÇÃO NUMÉRICA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA, EM DISPLAY ESPECÍFICO OU NA TELA DO MONITOR; O EQUIPAMENTO NÃO PODERÁ DESARMAR OU DESATIVAR DURANTE OS DISPAROS DO DEFIBRILADOR E/OU CARDIOVERSOR, EM HIPÓTESE ALGUMA, MESMO QUE MOMENTANEAMENTE; FREQUÊNCIA CARDÍACA: 25 A 220 BPM (FAIXA MÍNIMA); VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DO SINAL DE ECG DE NO MÍNIMO 25 MM/S; SETE DERIVAÇÕES: I, II,III,</p>	UN	01	23.500,00	23.500,00

<p>AVR,AVL,AVF,E V; ALARMES NO MÍNIMO PARA: ELETRODO SOLTO, FIBRILAÇÃO, TAQUICARDIA E BRADICARDIA AJUSTÁVEIS (QUANDO APLICÁVEL); REGISTRO DE DATA, HORA, FREQUÊNCIA CARDÍACA, DERIVAÇÃO DO ECG, DAS OCORRÊNCIAS DE CADA DISPARO, COM TECLAS DESTINADAS A SUSPENSÃO OU DESLIGAMENTO MOMENTÂNEO DESTES ALARMES; IMPRESSÃO AUTOMÁTICA/ MANUAL DO TIPO CABEÇA TÉRMICA; ARQUIVAR, NO MÍNIMO, OS ÚLTIMOS 20 EVENTOS COM DATA E HORA; ARQUIVAR NO MÍNIMO 13 MINUTOS DE DADOS; APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA CERTIFICADOS DEFINITIVOS NBR IEC 60601-1 E NBR IEC 60601-2-4, NÃO SENDO VÁLIDOS PROTOCOLOS OU DECLARAÇÕES; BIFÁSICO, COM CARGA MÁXIMA REGULÁVEL DE NO MÍNIMO DE 200 JOULES; MODULO DEA INTEGRADO; TEMPO DE CARREGAMENTO DE, NO MÁXIMO, 10 SEGUNDOS; ANULA CARGA MANUALMENTE; DESCARGA AUTOMÁTICA DENTRO DE 02 (DOIS) MINUTOS SE NÃO FOR DESCARREGADO AUTOMATICAMENTE PELO OPERADOR; A DESCARGA DO DESFIBRILADOR DEVE REQUERER A ATIVAÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS CONTROLES (UM EM CADA PÁ), PARA MINIMIZAR O RISCO DE CHOQUE ACIDENTAL; INDICAÇÃO CLARA DAS FASES: CARREGANDO, PRONTO, DESCARREGANDO, DESARMANDO; FUNCIONAMENTO TANTO A BATERIA QUANTO A ENERGIA ELÉTRICA 127/220VAC - 60 HZ; PROVER CARDIOVERSÃO SINCRONIZADA; COMPENSAÇÃO DA IMPEDÂNCIA TRANSTORÁCICA PELAS PÁS REUTILIZÁVEIS; BATERIA INTERNA SELADA OU EXTERNA ACOPLADA AO EQUIPAMENTO, RECARREGÁVEL, COM CARREGADOR INTERNO OU ACOPLADO AO EQUIPAMENTO; ALARME DE BAIXA CARGA DA BATERIA; INDICAÇÃO DA SITUAÇÃO DA BATERIA; O SISTEMA DE BATERIA(S) DO EQUIPAMENTO DEVE TER A CAPACIDADE DE EFETUAR, NO MÍNIMO, 50 DESCARGAS A 200 JOULES OU 35 DESCARGAS A 360 JOULES OU MÍNIMO DE 120 MINUTOS DE MONITORAÇÃO, SEM PRECISAR DE RECARGA DURANTE ESSE PERÍODO; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127/220 VAC OU SISTEMA BIVOLT AUTOMÁTICO DE TENSÃO; FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO: 60 HZ; TIPO DE CABO DE REDE: DEVE SEGUIR A NORMA ABNT NBR 14136:2002; ÍNDICE DE PROTEÇÃO IPX.1; 02 (DOIS) CABOS - PACIENTE PROTEGIDO CONTRA INTERFERÊNCIAS COM 05 VIAS; 500 (QUINHENTOS) JOGOS DE ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA AQUISIÇÃO DAS DERIVAÇÕES DE ECG EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA 100 EXAMES PARA PACIENTE ADULTO; ACOMPANHA 01 (UM) PAR COMPLETO DE PÁS EXTERNAS TAMANHO ADULTO E 01 (UM) PAR COMPLETO DE PÁS EXTERNAS TAMANHO INFANTIL</p>				
---	--	--	--	--

	OU 01 (UM) PAR COMPLETO DE PÁS ADULTO/INFANTIL; 20 (VINTE) ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO DO DEA, SENDO 16 ADULTO E 04 INFANTIL; 20 (VINTE) ROLOS OU CAIXAS DE PAPEL PARA REGISTRO; TODOS OS COMPONENTES OU ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; CERTIFICAÇÃO ABNT NBR IEC 60601-1 E ABNT NBR IEC 60601-2-4 PARA DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR; POSSUIR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA;				
06	OTOSCÓPIO SIMPLES EQUIPAMENTO PARA EXAME VISUAL DO OUVIDO; OTOSCÓPIO EM FIBRA ÓPTICA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; LÂMPADA HALÓGENA OU LED; LENTE DE AUMENTO DE 2.5X; 05 ESPÉCULOS PERMANENTES DE PLÁSTICO DIÂMETROS APROXIMADOS: 2,5MM-3,0MM-3,5MM-4,0MM- 8,0MM; POSSUIR REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE; POSSUIR CABO EM AÇO INOXIDÁVEL; POSSUIR VISOR ARTICULADO AO CABEÇOTE E MÓVEL; ACOMPANHAR LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTE; APRESENTAR CABO DE TAMANHO MÉDIO PARA PILHAS; POSSUIR LUPA REDONDA; POSSUIR CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ DESEJÁVEL; ALIMENTAÇÃO POR PILHAS MÉDIAS COMUNS; CABO EM AÇO INOXIDÁVEL; ESTOJO REFORÇADO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE; ACOMPANHAR LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTE; 05 (CINCO) ESPÉCULOS PERMANENTES DE PLÁSTICO DIÂMETROS APROXIMADOS: 2,5MM-3,0MM-3,5MM-4,0MM- 8,0MM; MANUAL EM PORTUGUÊS; POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA;	UN	01	400,00	400,00
07	INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONARIA) CÚPULA COM TRAVA DE SEGURANÇA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM PAREDES DUPLAS, COM PORTINHAS OVAIS, GUARNIÇÕES ATÓXICAS, PASSAGEM NA CABECEIRA COM MANGA-ÍRIS; DISPOR DE ATÉ 8 PASSA-TUBOS E PODE TER OPÇÃO PARA PASSA-TUBOS DUPLO; SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR AQUECIDO COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DO CALOR EM TODA CÚPULA, CONTROLES QUE GARANTEM O ISOLAMENTO E ESTABILIDADE DA UMIDADE AUTÔNOMA; LEITO DESLIZANTE EM MATERIAL RADIOTRANSARENTE, COLCHÃO COM ESPUMA DE MEMÓRIA APROPRIADO AO CONFORTO DO R.N., ATUADORES EM AÇO INOXIDÁVEL PARA POSIÇÕES EM TRENDLENBURG, PRÓCLIVE E HORIZONTAIS ALTA E BAIXA COM OPÇÃO DE AJUSTE ROGRESSIVO,	UN	09	17.500,00	157.500,00



<p>COM GAVETA PARA CHASSI RADIOGRÁFICO; PEÇAS DA INCUBADORA REMOVÍVEIS MANUALMENTE, BASE INTERNA E CAIXA EXTERNA EM ALUMÍNIO, CANTOS ARREDONDADOS, PAINEL DE CONTROLE REMOVÍVEL; DISPÕE DE TEMPERATURA DO AR CONTROLADA AUTOMATICAMENTE VIA SENSOR DE TEMPERATURA; TEMPERATURA DE PELE CONTROLADA AUTOMATICAMENTE VIA SENSOR QUE CAPTE A TEMPERATURA DA PELE DO RN; POSSUIR PAINEL DE LED; FAIXA DE CONTROLE DA TEMPERATURA EM MODO AR ENTRE 20 A 39°C; FAIXA DE TRABALHO DA TEMPERATURA EM MODO PELE ENTRE 34 À 39° C; DISPLAY LCD OU LED PARA INFORMAÇÕES DAS CONDIÇÕES DE ALARMES; ALARMES PARA TEMPERATURA DO AR DE 40°C PARA TEMPERATURA DO AR > 37°C E 39°C PARA TEMPERATURA DO AR <37 °C; ALTA E BAIXA TEMPERATURA DE AR, ALTA E BAIXA TEMPERATURA DO RN (HIPERTERMIA / HIPOTERMIA); SENSOR DESCONECTADO, FALHA DE CIRCULAÇÃO DE AR, FALHA DE SISTEMA, FALHA DO SENSOR DE AR, FALHA DE AQUECIMENTO E FALHA DE ENERGIA; COLCHONETES REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO E ANTIALÉRGICO; RESERVATÓRIO INTERNO PARA UMIDADE PASSIVA 50-60%, ENTRADA COM INDICAÇÃO DO NÍVEL DE ÁGUA NA LATERAL DA BASE; ENTRADA DE OXIGÊNIO DO AMBIENTE ATÉ 85%, VÁLVULA DE ENTRADA QUE PERMITE ALTAS CONCENTRAÇÕES COM BAIXO FLUXO E PRÉ-AQUECIMENTO ATÉ A TEMPERATURA DO AR INTERNO; FAIXA DE MEDIDA SPO2 DE 1 A 100%; FAIXA DE MEDIDA FREQUÊNCIA DE PULSO ENTRE 20 A 250 BPM, ACOMPANHA SENSOR REUSÁVEL D-Y S E CAIXA COM ADESIVOS, COM ALARMES; MICROFILTRO DE OXIGÊNIO CERCA DE 0,5µ; MICROFILTRO DE AR 0,5µ; TAMANHO DE PARTÍCULA REMOVÍVEL DE CERCA DE 99,8% DE EFICIÊNCIA; NÍVEIS DE CO2 <0,5%; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO <50DBA; BLOQUEIO DE TECLADO; CLASSE DE ISOLAÇÃO I; PARTE APLICADA TIPO BF; PROTEÇÃO CONTRA ARMOFERAS EXPLOSIVAS NÃO AP/NÃO APG; PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO DE ÁGUA IPXA. TENSÃO ELÉTRICA DE 127V/50~60HZ. RÓDIZIOS DE 5'' COM FREIO.COM SUPORTE DE ALTURA FIA OU VARIÁVEL (POR PEDAIS) PRODUTO CERTIFICADO NBR E REGISTRO NA ANVISA. ACESSÓRIOS: OXIGÊNIO SERVOCONTROLADO; ADAPTADOR PARA CIRCUITO VENTILADOR; ADESIVOS PARA SENSOR DE PELE, TANQUE DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO, BALANÇA INTEGRADA AO LEITO, SENSOR REUSÁVEL PARA SPO2 OU DESCARTÁVEL, PRATELEIRA GIRATÓRIA, PUNHO ELÁSTICO PARA PORTINHOLAS, PÁRA-CHOQUES CIRCUNDANTE OU LATERAL, CAPACETES DE ACRÍLICO MODELO 016, OXÍMETRO DE PULSO</p>				
---	--	--	--	--

	INTEGRADO, CONJUNTO COM 2 GAVETAS OU GAVETÃO EMBUTIDO NO SUPORTE.				
08	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL ASPIRADOR CIRURGICO PORTATIL; SISTEMA DE ASPIRAÇÃO CONTINUA E INTERMITENTE; CAPACIDADE DE ASPIRAÇÃO DE ATÉ 20 L POR MINUTO; BOTÃO DE CONTROLE DE INTENSIDADE DE VACUO; VACUOMETRO COM ESCALA DE 0 A 29 POL. HG; BAIXO RUÍDO; CHAVE LIGA / DESLIGA; PEDAL ELETRICO QUE PERMITE CONTROLE DOS CICLOS DE ASPIRAÇÃO COM O PÉ; FRASCO COLETOR DE NO MÍNIMO 5000 ML COM DISPOSITIVO ANTITRANSBORDAMENTO; TRANSPORTE SOBRE RODÍZIOS GIRATÓRIOS; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 110 VOLT; MANUAL TECNICO COM ESQUEMA OU DIAGRAMA ELETRICO; PREVENÇÃO/OBSERVAÇÕES PROPOSTA PARA OPERAÇÃO; SISTEMA DE FILTRO BARREIRA MICROBIOLÓGICA PARA DESCARGA DE AR; TODOS OS ACESSÓRIOS INDISPENSÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA;	UN	01	2.900,00	2.900,00
09	MESA PARA COMPUTADOR BASE: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, SUPORTE PARA IMPRESSORA: POSSUI, MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, SUPORTE PARA TECLADO: POSSUI, SUPORTE PARA CPU: POSSUI, GAVETAS: DE 03 A 04 GAVETAS	UN	04	500,00	2.000,00
TOTAL UNIDADES / VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA			32		

